

Sayı: 75990205-869 - 1496  
Konu: Hizmet/Malzeme Alım  
Hasta Adı :

Kırşehir  
12.05.2022

MEDİNE KAŞKA (8386-22)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyaçları olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satılmaya birimine fax / mail / yada elden ulaştırmanız rica ederim.

İlkay TEKİN  
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 46 15 Dahili: 1879  
Hastanemiz Faks: 0386 213 32 31

NOT: Teklif mektupları en geç 12/05/2022 Saat: 15:30  
Kadarkı Satılma Birimine Ulaştırılmaktadır.

77 tek

SIRA NO	ÜBİ KODU	MALZEMENİN İNSİ	Sul Kodu	MİKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		TV1730 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON KİLİTLİ PLAK SİSTEMLERİ KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 4.0mm VE ÜZERİ VİDALAR İÇİN FEMUR PROKSİMAL ANATOMİK PLAKLAR TİTANYUM/CoCr/KARBON TUM BOYLAR	TV1730	1	ADET	
2		TV1190 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON KİLİTLEME VİDALARİ KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR/DEĞİŞKEN AÇIL/SABİT AÇILI/SPERİK/DİNAMİK) 4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR STANDART/KENDİNDEN YIV AÇAN TUM BOYLAR	TV1190	10	ADET	
3		TV1050 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON VİDALAR KORTİKAL KİLİTSİZ 4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR KENDİNDEN YIV AÇAN/STANDART TİTANYUM/CoCr/KARBON TUM BOYLAR	TV1050	10	ADET	
4		TV1130 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON VİDALAR SPONGİÖZ KİLİTSİZ 4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR TUM ŞEKİL ÖZELLİĞİ TİTANYUM/CoCr/KARBON TUM BOYLAR	TV1130	10	ADET	
5		TV1210 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON KİLİTLEME VİDALARİ KİLİTLİ SPONGİÖZ VİDALAR 4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR TUM ŞEKİL ÖZELLİĞİ TİTANYUM/CoCr/KARBON TUM BOYLAR	TV1210	10	ADET	
6		AG2100 SPONGİÖZ CHİPS/GRANÜL 60 cc	AG2100	1	ADET	
					TOPLAM	

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

**NOT: Yukarıda alınması istenen 6 kalem malzemelerin birbirleriyle uyumlu olması gerektiğinden 1.2.3.4.5. kalem malzemeler toplam fiyat üzerinden avrı değerlendirilecektir 6. kalem 1.2.3.4.5. kalemlerden bağımsız değerlendirilecektir. Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme yada sayılarında değişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın , fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet carpmını fatura edecektir. Malzemeler Birbiri İle Bütünlük Arz Ettiğinden Set Halinde Alınmalıdır.**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Biriye Fiyatları KDV Hariç ve T.C.A. Lirası olarak verilecektir.
- 2- SİMEİ, kasım ve tuzun kaybolmaması için diğer deşerlendirme alınmayacaktır.
- 3- Numune kalitedeği takdirde numune en kısa sürede satılmaya gönderilecektir.
- 4- ÜBİ kapsamında yer alan ürünlerin tek bir ÜBİ kaydı yeterli olmayıp, tekli üretilenler için firma dışında verilen firmalar için, üretilen veya ihalede tarafında ÜBİ de alı bağılı olarak teslimatın olması gerekmektedir.
- 5- Bakanlık T.C.K.İ.K. nun 09.01.2017 tarih ve 06035890436 sayılı yazıları gereğince , ÜBİ kapsamında malzemeler için firmaların \* TİBBİ ÇHAZ SATTI YERİ YETERLİLİK BELGELEKİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- İstahaller halindeki bütün kalemlere veya dilimlere kalemlere teklif verilebilir.
- 7- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri alımın giderleri altında kalan kişi/firmanın alımıdır.
- 8- İdarai malzeme alımında veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirme kalem kalem , yada için bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılacaktır.
- 10- Malzemeler Depo teslimdir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b. giderler firmaya alımıdır.
- 11- Teklif veren firma S.U.T. bütünlükleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağı kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil İhtiyaçlarına yönelik olduğundan , idare tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimat yapılması gerekmektedir. Sipariş için idareye sipariş işi taraflı işleri etmiş hale gelmiştir. Firmalar teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım sonrasında kalan firma alımı olarak diğer deşerlendirme faturasında malzeme miktarı numarası ile SUT Kodunu belirtilecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümlerini doğrultusunda doğru eşleştirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TTTÜBİ kayıtlarını esas almalıdır. , hastanemize idareni bu kayıtları esas almayarak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunu doğru eşlemediği tespit edilecek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar sorumluluğu idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alın yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme tarihi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlık T.C.K.I.K. Bakanlık 27.11.2018 tarih ve 06019701249 sayılı yazıları gereğince , firmaların teklif edilen ürünlerin satılmaya tarihindeki itibarıyla Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması , hastaya kalitedeği tarihte ile MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satılmaya alımında S.B. durumun uygun olması gerekmektedir. Zira bu durumda teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır. Alım sonrasında kalan firma alımı olarak diğer deşerlendirme faturasında malzeme miktarı numarası ile SUT Kodunu belirtilecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümlerini doğrultusunda doğru eşleştirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TTTÜBİ kayıtlarını esas almalıdır. , hastanemize idareni bu kayıtları esas almayarak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunu doğru eşlemediği tespit edilecek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar sorumluluğu idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alın yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.
- 16- Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelerin alı fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatin yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilecek , fatura ile tarafına hasta adı yazılır , kullanılan malzemelerin adı , SUT kodu, barkod numarası yazılmaktadır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eklenerek yazılmaktadır. Barkod sayılı fazla olup fatura arka tarafına yazılmadığı takdirde her A1 ebatında boy ölçüde kalan barkodları yazılmaktadır. Fatura yazılmadık takdirde , ilgili firmaya resmi yazı ile talep edilecektir. ) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucunda hastaneye ulaşması durumunda , fatura bedeli SGK ya fatura ödemesi ile adı konulu fatura bedeli ilgili firmaya ödemesiyle , hastane diğer servise geçerek kaydedilecektir. Firma bu alım için teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır. Alım sonrasında kalan firma alımı olarak diğer deşerlendirme faturasında malzeme miktarı numarası ile SUT Kodunu belirtilecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümlerini doğrultusunda doğru eşleştirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TTTÜBİ kayıtlarını esas almalıdır. , hastanemize idareni bu kayıtları esas almayarak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunu doğru eşlemediği tespit edilecek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar sorumluluğu idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alın yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif verirken bu hakkını kabul etmiş sayılır.

\* TEKNİK ŞARTNAME TUM MADDELERINE UYUN ÇRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ İMZA VE KAŞE :

## KİLİTLİ PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodizasyon yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
2. Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki basıyı azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz olmalıdır.
3. Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak amacıyla kilitli tipte ve anatomik yapıda sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
4. Plakların proksimal bölgesinde 3 adet 6,5 mm kilitli ve kilitli spongioz vidalarla kullanıma uygun delik bulunmalıdır.
5. Plakların şaft kısımlarında en az iki adet kompresyon deliği bulunmalıdır.
6. Plakların distal uç kısmı uygulama kolaylığı sağlayabilmesi için kama formunda olmalıdır.
7. Vida delikleri 4,5mm çaplı kortikal ve 5,0mm çaplı kilitli vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini sağlayabilecek şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin diş aralığı ince olmalıdır.
9. Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olmalıdır.
10. Plakların eni 18,00 mm, kalınlığı 7,00 mm yi geçmemelidir.
11. Plakların her iki ucunda gerektiği durumlar için kirschner telleri ile sabitlemeye yardımcı olacak delikler bulunmalı ve plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya müsait olmalıdır.
12. Plaklar sağ ve sol anatomik yapıda ve 9 delikten başlayıp ikişer delik artışlarla 17 deliğe kadar değişik boyları mevcut olmalıdır.
13. Kilitli ve Kilitli Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış olmalıdır.
14. Vidaların kilitli yapıda olanları 7mm altıgen kafa çapında 5,0mm diş üstü çapında, kilitli yapıda olanları 8mm altıgen kafa çapında 4,5mm diş üstü çapında olmalıdır.
15. Vidaların kilitli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açığa sahip ve yivli yapıda olmalıdır.
16. Vidaların tamamı yivli self taping özelliğine sahip ve ince dişli olmalıdır.
17. Kilitli Vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e kadar beşer mm artarak ,5.0 mm kilitli kanüllü vidalar 14 mm 'den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır.
18. 6,5 mm Kilitli ve kilitli spongioz vidalar 30 mm den başlayıp 5 er mm lik artışlarla 120 mm ye kadar boyları olmalıdır
19. Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti lazerle markalanmış olmalıdır.
20. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
21. Plak ve vidaların tüm boylarının ubb leri titubb' a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdır.
22. Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun kılavuzlar, driller, torklu tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır.

### SUT KODLARI

PLAK:TV1730  
5.0 KİLİTLİ VİDA:TV1190  
4,5 KORTİKAL VİDA:TV1050  
6,5 SPONGİOZ VİDA:TV1130  
6,5 KİLİTLİ SPONGİOZ VİDA:TV1210

60 cc Allograft :AG2100

Ali Erhan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Doç. Dr. Hakan Çiğdem BASAT  
Diy. Yds. No: 67246  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
1

Dr. Dr. Hakan Çiğdem BASAT  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Diy. Yds. No: 67246