

Sayı: 75990205-869 - 2512  
Konu: Hizmet/Malzeme Alım  
Hasta Adı :

Kırşehir  
17.08.2022

OSMAN SEÇİLMİŞ (15308-22)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyaç olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet/Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden verdiğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax / mail / yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nezaret KURT  
İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 16 Dahili: 1879  
Hastanemiz Faks: 0386 213 32 31

NOT: Teklif mektupları en geç 17/08/2022-Saat:  
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA NO	UBB KODU	MALZEMENİN CİNİSİ	Sat Kodu	MİKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		TV5340 İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME İNTERNAL FİKSASYON İNTRAMEDÜLER ÇİVİ KİLİTLİ OYMALI/OYMASIZ ÇİVİLER FEMUR KANÜLLÜ/KANÜLSÜZ/KISA PROKSİMAL/UZUN PROKSİMAL TİTANYUM/CoCr/KARBON TÜM BOYLAR	TV5340	1 ADET		
2		TV5470 İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME İNTERNAL FİKSASYON İNTRAMEDÜLER ÇİVİ BOYUN/KONDİL KİLİTLEME İMPLANTLARI TÜM UYGULAMALAR KİLİTLİ KAYAN KOMPRESYON VİDASI/KENDİNDEN KİLİTLİ KAYAN KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/CoCr/KARBON TÜM BOYLAR	TV5470	1 ADET		
3		TV5500 İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME İNTERNAL FİKSASYON İNTRAMEDÜLER ÇİVİ ÇİVİ FİKSASYON VİDASI TÜM UYGULAMALAR KANÜLLÜ/KANÜLSÜZ -KENDİNDEN YIV AÇAN/KENDİNDEN YIV VE DELİK AÇAN/KORTİKOSPONGİOZ KENDİNDEN YIV AÇAN TİTANYUM/CoCr/KARBON TÜM BOYLAR	TV5500	2 ADET		
4		TV5460 İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME İNTERNAL FİKSASYON İNTRAMEDÜLER ÇİVİ BOYUN/KONDİL KİLİTLEME İMPLANTLARI TÜM UYGULAMALAR REKON VİDASI(REKONSTRÜKSİYON ÇİVİ İÇİN)/BOYUN VİDASI(PROKSİMAL ÇİVİ İÇİN) - KANÜLLÜ/KANÜLSÜZ TİTANYUM/CoCr/KARBON	TV5460	1 ADET		
5		TV5380 İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME İNTERNAL FİKSASYON İNTRAMEDÜLER ÇİVİ TEPE VİDASI HUMERUS/TİBİA/FEMUR/CALCANEUS KANÜLLÜ/KANÜLSÜZ/SPİRAL BİÇAK İÇİN/ANTİROTASYON KAMA İÇİN TİTANYUM/CoCr/KARBON TÜM BOYLAR	TV5380	1 ADET		
					TOPLAM	

Ekl: TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Yukarıda alınması istenen 6 kalem malzemelerin birbirleriyle uyumlu olması gerektiğinden 1.2.3. kalem malzemeler toplam fiyat üzerinden ayrı değerlendirilecektir fakat 4.5.6. kalem 1.2.3. kalemlerden bağımsız değerlendirilecektir. Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir. Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme yada sayılarında değişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın, fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet çarpımını fatura edecektir. Malzemeler Birbiri İle Bütünlük Arz Etiğinden Set Halinde Alınmalıdır.

**DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Haric ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Sifirli, Kazanılı ve imza kase bulunmayan teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 3- Numune istenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- UBB kapsamında ver alan ürünlerin tek başına UBB kavdı veterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için, üretici veya ithalatçı tarafından UBB de alt bavli olarak tanımlanması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince, UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların "TIBBİ CİHAZ SATIS YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte 6-İstekiller listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo tasima ve tüm ulasım giderleri sieorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdaremeiz mal/hizmeti alma almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirilmeiz kalem kalem, vada isin bütünlük arz etmesi hakından tonlam fiyat esasına göre vantabilecektir.
- 10- Malzemeler Deno teslimidir. Depoya tasınması ile ilgili tüm tasima v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T.hükümleri sereğince idare tarafından islem vaolacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtivaclarımıza vönelik olduğundan, idaremeiz tarafından verilen siparis sonrası belirtilen gün içerisinde teslimati vaolmayan ürünler için idaremeiz siparis tek tarafı itnal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek, ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlığımız T.K.H.K. Başkanlığımız 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yazıları gereğince, firmaların teklif edilen ürünlerin satınalma tarihimize itibarilte Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDÜLA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup, özellikle hastaya yönelik kullanılan
- 16- Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından mutliaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek, fatura ön tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemelerin adı, SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapıstırılmalıdır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzeyine sığmadığı takdirde ise A4 ebatında boş kağıda kalan barkodlar yapıstırılarak fatura aslına iliştirilerek hastaneye en geç 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı ile iade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda, fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyecek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandırdığı malzemelere ait faturasını kesmez, yada kestiği halde idaremeiz belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez, yada faturası kargo, posta v.b. dağıtımda kaybolur ise bu durumla idaremeiz herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen zamanda idaremeiz teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgili de firma idaremeizden herhangi bir hak yada talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

\* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZLİNİZE VE KAŞE:

Özgen  
Sevilmiş

## PROXİMAL FEMUR ÇİVİSİ

- Femur trokhanterik tipinden çakılmaya uygun olmalıdır.  
Çivi titanium alaşımından üretilmiş olmalıdır.
3. Çivinin tepe kısmı rotasyonel stabiliteyi artırmak için trapezoidal yapıda olmalıdır.
  4. Çivi 4 derece lateral ofsete sahip olmalıdır.
  5. Çivi hem collum femoris kırıklarında hem de subtrochanteric femur kırıklarında kullanıma uygun olmalıdır.
  6. Çivinin uç kısmı slotlu olmalı, bu sayede distal stabiliteyi artırıp ve yeni kırık riskini önlemelidir.
  7. Çivinin proksimal kısmı 17 mm den ince olmalıdır.
  8. Çivinin preoperative hazırlığı için templateleri olmalıdır.
  9. Çivinin tepe bölümünü kapatmak için kanüllü tepe vidası olmalıdır.
  10. Çiviler 10,11.5 ve 13 mm çapında olmalıdır.
  11. Çivi uzunlukları 18 cm ve 20 cm olmalıdır.
  12. Çivinin distal deliği hem dinamik hem de statik kilitlemeye uygun olmalıdır.
  13. Çivinin proximal kilitlemesi 11 mm çapa sahip lag vidası ve 7.8 mm çapa sahip interlocking vida ile kilitlene bilmelidir, bu vidalar biri biriyle kilitlenmeye uygun yapıda olmalıdır. interlocking vidası compersion yapma özelliği sahip olmalıdır
  14. Çivi bir birine kilitlenen vida yapısıyla femur boynunda oluşan Z stresini önlemelidir.
  15. Çivinin distal ve proximal kısmını kilitlemek için özel guide sistemi olmalıdır.
  16. Çivinin çakma seti minimal invazive cerrahi için uygun olmalıdır.
  17. Çakma setinde flexibel oyucu bulunmalıdır.
  18. Distal vidalar 5.0 mm çapında ve 25 mm ile 50 mm uzunluğunda olmalıdır.
  19. Çivinin proximal delikleri 125VE 130 derece açı ile vida gönderilmeye uygun olmalıdır.

MALZEME AÇIKLAMASI	SUT KODU
PROXİMAL FEMUR ÇİVİSİ	TV5340 1Adet
LAG VİDASI	TV5470 1Adet
KİLİTLEME VİDASI	TV5500 2Adet
REKON VİDA	TV5460 1Adet
END CUP (TEPE VİDASI)	TV5380 1Adet

Kişisel  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op. Dr. Altınhan AYDIN  
Dip. Tes. No: 3033  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Kişisel  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Op. Dr. Mustafa NARİSAL  
Dip. Tes. No: 97155  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Kişisel  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Dr. Öğr. Üyesi H. HOROZ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 460731