

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 2531  
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir  
18.08.2022

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898  
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31  
E-mail: [kirsehireah.salma@saglik.gov.tr](mailto:kirsehireah.salma@saglik.gov.tr)

Nevzat KURT  
Müdür Yardımcısı

T. Tekin

NOT: Teklif mektupları en geç 22.08./2022-Saat: 16:00  
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan Dezenfektör Yıkama Cihazında kullanılmak üzere, TERMİK YIKAMA MAKİNELERİ (DEZENFEKTÖR) ALKALİ TEMİZLEYİCİ temini		50	LİTRE	
TOPLAM =						

**EK: TEKNİK ŞARTNAME**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

## TERMİK YIKAMA MAKİNELERİ (DEZENFEKTÖR) ALKALİ TEMİZLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün makine ile aletlerin temizlenebilmesi için, alkali özellikte olmalı, farklı su sertliği derecelerinde de tam etkili genel temizletici olmalıdır.
  2. Ürün yıkama makinesinde kullanımında mükemmel gözle görülen bir temizlik yapmalı, köpürme oranı düşük olmalıdır.
  3. Formülündeki köpüğü ve korozyonu engelleyici özel maddelerden dolayı rahatsız edici köpüklerin oluşmasını engellemeli ve makine parçalarını korozyona karşı korumalıdır.
  4. Ürün 93°C de tek bir işlemde ısıya dayanıklı alet ve materyallerin temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu, 60 °C de ısıya dayanıksız materyallerin koruyucu temizliğini yapmalıdır.
  5. Ürün 93 °C ye kadar kimyasal yapısı dayanıklı olmalıdır.
  6. Ürün 93°C ısıda makinede ve cerrahi aletler üzerinde temizliği ve termo kimyasal dezenfeksiyonu yapar özellikte olmalıdır.
  7. Ürün yüksek ısılarda yıkanan cerrahi aletlerin çelik ve kaplama yapısını bozmamalı, koruyucu özellikte olmalıdır.
  8. Ürünün içerisinde potasyum hidroksit, silikat, kompleks oluşturucular ve korozyon engelleyici maddeler bulunmalıdır.
  9. Ürünün kullanım konsantrasyonu %0,1- %0,2 aralığında olmalıdır.
  10. Güvenlik bilgi formu üretici tarafından hazırlanmalı, TSE onay belgesi olmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır.
  11. Üretici firma ISO EN 13485, ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
  12. Ürün üzerinde solüsyon içeriği, etkileri, kullanım talimatı ve uyarılar gibi bilgileri içeren yazı bulunmalıdır.
  13. Ürün üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi bulunmalı, teslim edildiğinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. 5 (beş) litrelik bidonlarda olmalıdır.
  14. Nötralizan solüsyonla aynı marka olmalıdır.
  15. Numune gönderilmelidir.
- istenilen miktar: 5 litre

Kirşehir  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Doç. Dr. Hakkı Çağdaş BASAT  
Diş. Tel. No: 872/5  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Bülent SUN  
Hemşire

AW Kömür  
Seğ. Memur