

Sayı: 75990205-869 - 2554
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı
Hasta Adı :

FUNDA FAKILI (Y-15689-2022)

Kırşehir
22.08.2022

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet/Diğerlerin alımı usulü ile Bu Bude itibarıyla değerlendirilerek verdiğiniz teklif mektubunuzun alınmasını
birimimize fax / mail / yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0338 213 48 15 Dahili: 1879
Hastanemiz Faks: 0338 213 32 31

NOT: Teklif mektupları en geç 22.08/2022 Saat: 15:30
Kadar Satılmadık Birimlere Ulaştırılmaktadır.

Nezaretçisi
İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

SIRA NO	U.B.B. KODU	MALZEMENİN Cinsi	Sat. Kodu	MKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		AP2050 KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA	AP2050	1	ADET	
2		AP1980 KALÇA PRİMER FEMORAL STEM ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM PARLATILMIŞ	AP1980	1	ADET	
3		AP1490 KALÇA PRİMER ASETABULAR CUP (VİDA TIKACI DAHİL) DELİKLİ / DELİKSİZ-ÇİMENTOSUZ CoCr/TİTANYUM ÇİFT KAPLAMA	AP1490	1	ADET	
4		AP1600 KALÇA PRİMER ASETABULAR LİNER AÇILI VE AÇISIZ UHMW POLİETİLEN TAMAMI POLİETİLEN	AP1600	1	ADET	
5		AP1750 KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ COCR 28MM/TİTANYUM	AP1750	1	ADET	
6		AP1800 KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 32MM CoCr/TİTANYUM	AP1800	1	ADET	
7		AP1860 KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ CoCr/TİTANYUM	AP1860	1	ADET	
8		AP1670 KALÇA PRİMER ASETABULAR VİDA TÛM BOYLAR CoCr/TİTANYUM	AP1670	3	ADET	
9		AP1880 KALÇA PRİMER FEMORAL BİPOLAR BAŞ(SHELL+INSERT)TÛM BOYLAR COCR/TİTANYUM	AP1880	1	ADET	
10		AP3150 KALÇA/DİZ PRİMER-REVİZYON BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ANA CİHAZ SUCTION / IRRIGATION FONKSİYONLU	AP3150	2	ADET	
11		TV5770 ORTAK KULLANIM TÛM KEMİKLER KABLOLAR VE BANDLAR KABLO YARDIMCI ÜRÜNLER KABLO (KİLİTLEME BLOĞU DAHİL) TİTANYUM/CoCr TÛM BOYLAR	TV5770	5	ADET	
					TOPLAM	

Ek: TEKNİK ŞARTNAME

TOPLAM

NOT: Yukarıda alınması istenen 11 kalem malzemelerin birbirleriyle uyumlu olması gerektiğinden 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. kalem malzemeler toplam fiyat üzerinden ayrı değerlendirilecektir. 11. kalem 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. kalemlerden bağımsız değerlendirilecektir. Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir.

Ancak ameliyat esnasında yaşamın durumuna göre kullanılacak malzeme yada savırlarında değişiklik olabilir. Malzeme savırlarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmamız, fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet carpmını fatura edecektir. Malzemeler Birbirini İle Bütünlük Arz Etmediğinden Set Halinde Alınmamaktadır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silinti, kazıntı ve imza kase bulunmayan teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.
- 3- Numune istenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- UBB kapsamında ver alan ürünlerin tek başına UBB kavdi velerli olmavin, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için, üretici veya ithalatçı tarafından UBB de alt bavi olarak tanımlanması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036390436 sayılı yazıları gereğince, UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte
- 6- İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo tasima ve tüm ulasım giderleri sieorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdaremiz mal/hizmeti alm almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirilmemiş kalem kalem, vada için bütünlük arz etmesi hakımızdan taslim fiyat esasına göre vaulabilecektir.
- 10- Malzemeler Deno teslimidir. Depoya tasınması ile ilgili tüm tasima v.b. giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T. hükümleri sereğince idare tarafından islem vamlanmış kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtivaçlarımızı yönelik olduğundan, idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirlenen gün içerisinde teslimatı vamlanmayan ürünler için idaremiz siparisi tek tarafı ıntal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek, ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlığımız T.K.H.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015701269 sayılı yazıları gereğince, firmaların teklif edilen ürünlerin satınalma tarihimiz itibarıyla Sağlık Bakanlığı (S.B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapılacak olup, özellikle hastaya yönelik kullanılan
- 16- Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemeler ait fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilerek, fatura ön tarafına hasta adı soyadı, kullanılan malzemenin adı, SUT kodu, barkod numarası yazılmaktadır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eksiksiz olarak yapılmıştır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzüne sığmadığı takdirde ise A4 ebatında boş kağıda kalan barkodlar yapıştırılarak fatura aslına iliştilererek hastaneye en geç 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. (Eksik barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmaya resmi yazı ile iade edilecektir.) Faturamız herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda, fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu fatura bedeli ilgili firmaya ödenmeyecek, hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesinde kalan firma alıma konu olan malzeme yada malzemeleri kullandırdıktan sonra kullandığı malzemelere ait faturasını kesmez, yada kestigi halde idaremize belirlenen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez, yada faturası kargo, posta v.b. dağıtımında kaybolur ise bu durumda idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirlenen zamanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgili de firma idaremizden herhangi bir hak yada atacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

*TEKNİK ŞARTNAME TÛM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZİNİZA VE KAŞE:

ÇİMENTOSUZ - ÇİMENTOLU CoCr STANDART TOTAL KALÇA PROTEZİ

1. Stem CoCr veya Ti6Al4V alaşımından üretilmiş 2/3 Proksimali Dual+HA kaplı olmalıdır .
2. Stem 12/14 cona sahip olmalıdır. Protezin boynu inpingmenti önlemek için parlatılmış olmalıdır.
3. Stem en az 10 farklı boy olmalıdır.
4. Aynı stemin çimentolu ve çimentosuz seçenekleri de bulunmalı tüm femoral stem seçenekleri aynı Instrument Set ile kullanıma uygun olmalıdır. Ayrıca her boy Stem için ayrı en az 10 farklı boy olmalıdır.
5. Stem dizaynı Kemiğe daha iyi tutum için kanallı yapıya sahip olmalıdır. Stem ve göndericisi kolay çakma ve çıkartma için dişli yapıya sahip olmalıdır
6. Stemin boyun açısı 135 derece olmalıdır.
7. Stem protez denemeleri raspa üzerinde yapılabilmelidir.
8. Acetabular Cup CoCr veya Ti6Al4V materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
9. Acetabular Cup üzerinde 3 adet vida deliği bulunmalı, vida delikleri kapalı olmalıdır.
10. Acetabular Cup 3D Porous yüzeye sahip Dual+HA kaplı olmalıdır.
11. Acetabular Cup displazik vakalar düşünülerek 40mm ölçüden başlamalı ve 2'şer mm artışlarla 62mm ölçüye kadar en az 12 boy olmalıdır.
12. Acetabular Cup presfit özelliğe dış kısmında kemikte tutunumu artıran ve aynı zamanda rotasyonu engelleyen çıkıntılara sahip olmalıdır.
13. Acetabular Cup Linerla özel kilitleme ile monte edilebilmeli ve özel çıkıntılar sayesinde kitlendiğinde içinde dönmemelidir.
14. Metal Başlar CoCrMo veya Ti6Al4V materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
15. Metal Baş 28-32-36mm çaplarında ve en az 5 uzunluk seçeneğinde olmalıdır.
16. Metal Başlar Acetabular Cup boyuna göre giderek artan büyüklüklerde olmalıdır. 42-44-46-48 mm Cup da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm Cup da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm Cup da 36mm Metal Baş ile kullanılabilmelidir.
17. Acetabular Liner PE 1020 polietilen materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
18. Acetabular Liner 42-44-46-48 mm liner da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm liner da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm liner da 36mm Metal Baş ile kullanılabilmelidir.
19. Acetabular Liner 0/10/20 dereceli olarak imal edilmiş olmalıdır.
20. Acetabular Liner , Acetabular Cup a özel kilitleme mekanizmasıyla kilitlenebilmeli ayrıca Cup a uygun rotasyon engelleyici kanallarla birebir uyumlu olmalıdır.
21. Acetabulum Cup ta kullanılacak vidalar titanyum Ti6Al4V den üretilmiş olmalıdır. Vidalar spongiöz özellikte 6,5 mm çapında 15-50 mm arasında en az 8 boyda olmalıdır.
22. Tüm ürünler üç kat vakumlu ambalajda steril edilmiş, 2 kat koruyucu ve barkotları belirgin dış kutu içinde olmalıdır.
23. Instrument Set içerisinde Cup-Baş-Insert denemeleri olmalıdır.
24. Çakma seti içerisindeki acetabulum oyucular ile cup uyumlu olmalı birebir kullanılabilmelidir.
25. Set ile birlikte kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
26. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
27. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Mehmet Fevzi ÇAKMAK
Diy. Mes. No: 163953
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Mehmet Fevzi ÇAKMAK
Diy. Mes. No: 163953
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Dr. Mehmet Fevzi ÇAKMAK
Diy. Mes. No: 163953
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

