

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 2695  
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir  
09.09.2022

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax/mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898  
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31  
E-mail: [kirsehireah.salma@saglik.gov.tr](mailto:kirsehireah.salma@saglik.gov.tr)

NOT: Teklif mektupları en geç 12.09/2022-Saat: 16.00  
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

Nezhat KIRI  
Müdür Yardımcısı

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		<b>Hastanemiz Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmak üzere, NONSTERİL RİSK KORUMALI ELDİVEN temini</b>		2.000	ADET	
TOPLAM =						

**EK: TEKNİK ŞARTNAME**

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazılı gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " **TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ** de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareimiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareimiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareimiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

## NONSTERİL RİSK KORUMALI ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Eldiven bulaşıcı , toksik ve kimyasal maddelere karşı gerekli bariyeri oluşturmaktadır.
- 2.Yırtılmaya ve delinmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Pudrasız,nonsteril,lateks , mavi renkte olmalıdır.
- 4.Eldivenin boyu en az 30cm uzunlukta olmalıdır.
- 5.Ürünün manşet kalınlığı en az 0.33mm  $\pm$  0.03, parmak ucu kalınlığı en az 0.36mm  $\pm$  0.03 olmalıdır.
- 6.Eli sıkmayacak fakat rahat kavramayı da engellemeyecek esneklikte olmalıdır.
- 7.Giyimi kolay ve eli terletmeyecek özellikte olmalıdır.
- 8.Eldivenin iç yüzey kısmı parmak uçlarına kadar pürüklü olmalıdır.
- 9.Depoya teslim edildiği andan itibaren en az 1 yıl raf ömrü olmalıürün üretim tarihi itibariyle en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
- 10.Ürün ambalaj miktarı 50 çift (100 adet) olmalıdır.
- 11.Ambalaj üzerinde lot no,barkod no,referans no,üretim tarihi,son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 12.EN374 – EN455 - ISO9001 – CE standartlarına sahip olmalı, ürünün UBB Kodu ve Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
- 13.Teklif veren firma numune ile birlikte ürünün Akredite test raporunu ihale dosyasında bulundurmalıdır.

  
İzzet Bakanbar  
Hemşire

Bülent SUN  
Hemşire  
  
1

Avni Güleç  
Sağlık menajer  
