

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 2687
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir
09.09.2022

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax/mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nezhat KURT
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: kirshireah.salma@saglik.gov.tr

NOT:Teklif mektupları en geç 12.09/2022-Saat: 14:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmaktadır.

| SIRA | UBB/UTS BARKOD NO | MALZEMENİN CINSİ | MARKA MODELİ | MİKTARI | | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|----------|-------------------|--|--------------|---------|------|-------------|--------------|
| 1 | | Hastanemiz çeşitli birim ve servislerinde kullanılmak üzere; VERİ KAYDEDİCİ DATA LOGGER CİHAZI temini | | 15 | ADET | | |
| TOPLAM = | | | | | | | |

EK: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silini, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " **TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ** de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdaremiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilmektedir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılırsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI (TERMOHİGROMETRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin" 3. maddesinin "o" bendinde belirtilen "Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi maddesi gereğince alımı planlanmaktadır.
2. Alarmlı data logger (-40) °C... +125°C arasında sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.
3. 0 % ... 100 % arasında bağıl nem (RH) ölçümü yapabilmelidir
4. Depo, arşiv, servisler ve diğer ortamların sıcaklık ve nemini ölçmeye uygun olmalıdır.
5. 0,1°C Sıcaklık, 0,1% RH çözünürlüklerinde olmalıdır.
6. En az 16.000 adet ölçümü hafızasında saklayabilmelidir. Cihaz üzerinde hafızanın ne kadar dolu olduğu takip edilebilmelidir.
7. Max.-Min Hafızası olmalıdır.
8. Sıcaklık ve nem için max-min referans değerleri girilmeli ve bu değerlerin dışına çıktığında sesli ve görsel alarm vermelidir.
9. Cihazda sıcaklık ve nem değişimleri grafiksel olarak görülebilmelidir.
10. Sıcaklık ve nem kayıt cihazından istenildiğinde sıcaklık ve nem değişimleri xls, txt, jpg, bmp dosyasına aktarılabilir ve bu sayede rahat bir şekilde raporlama yapılabilir.
11. Isı ve nem kayıt cihazı 1 saniye ile 24 saat arasında belirli periyotlarda ölçüm yapabilmelidir.
12. Datalogger, istenilen tarih ve saatte kayda başlaması için programlanabilmelidir.
13. Datalogger kayıt yaptığı anda led ışık yeşil yanmalı, alarma geçtiğinde kırmızı renkli uyarı ışığı verebilmelidir.
14. Cihaz yazılımı şifrelenebilmelidir. Yetkisiz kişilerin data indirmelerinin önüne geçilebilmelidir.
15. Her dataloggerin bir seri numarası ve adı olmalıdır. Cihazların adı, kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
16. Alarmlı data logger 2 adet 1,5 V kalem pil ile çalışmalıdır.
17. Kurulum cd si, External prob ve USB bağlantı kablosu, şişe probu, sabitleme materyalleri ve kelepçeler ambalaj içinde olmalıdır.
18. Her bir cihaz 1 i yedek olmak üzere 2 adet proba verilmelidir.
19. Datalogger ile beraber 1 adet kılıf ücretsiz verilecektir. Bu kılıf hem düşmelere karşı koruyacak, hem de mıknatısları sayesinde buzdolabı dışına sabitlenebilecektir. İstenirse kılıf duvara asılabilir olmalıdır.
20. Probu kullanımda cihaz buzdolabı veya ortam dışında olmalı ve sesli alarmı duyulmalıdır.
21. Probu kullanımda sesli alarm ve ışıklı alarm ile uyarı verebilmelidir.
22. Isı ve nem kayıt cihazı verileri USB bağlantı kablosuyla bilgisayara aktarılabilir.
23. Cihaz fabrika üretim hatalarına karşı en az iki yıl ücretsiz garantili olmalı, garanti süresi bitiminde en az 8 yıl boyunca ücreti karşılığında teknik servis hizmeti verilmelidir.
24. Cihazın garanti süresi dahilinde 1(bir) yıl içerisinde aynı arızanın 3 ve daha fazla sayıda tekrarlanması veya 1(bir) yıl içerisinde farklı tipteki arızaların 7 ve daha fazla sayıda meydana gelmesi durumunda ve garanti süresi dahilinde 12 ve daha fazla arızalanması durumunda yenisi ile değiştirilecektir.
25. Garanti süresi boyunca cihaza ait yazılım güncellemeleri ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
26. Teklif veren firmanın "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" bulunmalıdır.
27. Cihaz garanti süresi boyunca %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) garantisi verilecektir. Uptime hesaplaması yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen kullanılmaması durumu downtime olarak kabul edilecektir. %95 uptime'ın altına düştüğü her 1 (bir) işgünü için bire iki olarak garanti süresi ücretsiz uzatılacaktır.
28. Garanti süresi boyunca cihazın arıza durumunda firma en geç 48 saat içinde cihaza müdahale edecek yada arızalı cihaz firmaya gönderildiğinde firma tarafından arıza giderilerek tekrar hastaneye gönderilecektir.
29. Cihazla birlikte Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir.
30. Cihazla ilgili tüm yazılım, erişim, kullanım yetki bilgileri (Program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı) hata kodları ve müdahale aşamaları tedarikçi tarafından temin edileceğine dair taahhütname teklî dosyasında sunulacaktır.
31. Teklif verecek firma tarafından hastanenin Bilgi Güvenliği Prosedürüne uyacağını ve bu konuda olacak olumsuz durum karşısında hukuki olarak sorumlu olacağını taahhüt edecektir.

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Avşar YAĞMUR
Elektronik Mühendisi

Mahir KADIOĞLU
Tasvir Kayıt Kontrol

Enes Berk
E. Berk