

Sayı: 75990205-869 - 2743  
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir  
20.09.2022

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim,

  
Nevzat KURT  
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1898  
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: [kirsehireah.salma@saglik.gov.tr](mailto:kirsehireah.salma@saglik.gov.tr)

NOT: Teklif mektupları en geç 23.09./2022-Saat: 15:00  
kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA NO	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
		<b>Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen malzemelerin temini</b>					
1		<b>Yenidoğan Satrasyon Probu</b>		<b>200</b>	<b>Adet</b>		
2		<b>Yenidoğan Hastabaşı Monitörü NIBP Kol Manşonu</b>		<b>10</b>	<b>Adet</b>		
3		<b>Yenidoğan Hastabaşı Monitörü Tansiyon Ölçüm Ara Kablosu</b>		<b>8</b>	<b>Adet</b>		
TOPLAM =							

**EK: TEKNİK ŞARTNAME**

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların **TİBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ** de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır.  
-Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Koşunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

\*TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.


İMZA VE KAŞE :

HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yenidoğan manşonu hasta tipine uygun çok kullanımlık olmalıdır ve farklı boyları ile farklı yenidoğan hasta grupları için kullanılabilir yapıda olmalıdır.
2. Yenidoğan yoğunbakımda halihazırda kullanılan NİHON KOHDEN Life Scope BSM3562 Modele hastabaşı monitörlerine tam uyumlu olmalıdır.
3. Ürün UBB'ye tabi olmalıdır.
4. 4.NIBP ölçümünde yenidoğan tek kullanımlık manşonlar ile sistolik ölçüm 30-140 mmHg aralığında; diyastolik ölçüm ise 10-110 mmHg aralığında olmalıdır.
5. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numune istenmektedir. Gönderilen numune monitör üzerinde denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Özlem Kaya  
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi  


Ali Demirci  
Hemşire  


Dönüşüm Deniz  
Hemşire  


## DİSPOSABLE YENİDOĞAN SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Saturasyon probu yenidoğan kullanımına uygun ve tek kullanımlık (disposable) yapıda olmalıdır.
2. Yenidoğan Yoğunbakımda hali hazırda kullanılan NIHON KOHDEN marka Life Scope BSM 3562 modele uyumlu monitörlerde kullanıma uyumlu uygun olmalıdır.
3. Oksijen saturasyon probu tekli orijinal ambalaj içerisinde steril paketli olmalıdır.
4. Oksijen saturasyon probu sarmal tipte olmalıdır.
5. Prob sürekli kullanımlarda ciltte herhangi bir yan etki yapmamalıdır.
6. Prob düşük perfüzyonlu hastalarda kullanılabilir özellikte olmalıdır
7. Prob ile hareket esnasında ölçüm yapılabilmesi ve parmaktan çıkmamalıdır.
8. Sensörün raf ömrü en az 12 (oniki) ay olmalıdır
9. Prob üzerinde kırmızı renkte ışık sensörü bulunmalıdır.
10. Ürün UBB' ye kayıtlı olmalıdır.
11. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numune istenmektedir. Gönderilen numune monitör üzerinde denendikten sonra uygunluk verilecektir.
12. Probun ara kablosunun takılması ve çıkarılması kullanıcıyı zorlamadan ,kolayca yapılabilir.

Özlem Keleş  
Yenidoğan Tez. Koc. Su. Koc.

Alu Demir  
Hemşire  
[Signature]

Dönd. T. Deniz  
Hemşire  
[Signature]

## YENİDOĞAN TANSİYON ÖLÇÜM ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yenidoğan yoğunbakımda kullanılacak olan NİHON KOHDEN marka Life Scope BSM6235 hastabaşı monitörlerine uyumlu yenidoğan tansiyon ölçümü için uygun olmalıdır.
2. Ara kablo kullanılan tansiyon manşonu ile uyumlu olup adaptasyonu sorunsuz yapılabilmelidir.
3. Kablo kırılmalara karşı dayanıklı esnek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
4. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numune istenmektedir. Gönderilen numune Ara kablo ve manşonlar cihaza adapte edilip hasta üzerinde ölçüm yapılarak alım yapılacaktır.
5. Ürün UBB'ye tabi olmalıdır.
6. Kablo kırılmalara karşı dayanıklı esnek malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.

Özlem Kapan  
Te. İdareci. Bol. S. S. S.

Alev Demirel  
Nepine  
Yıldırım

Deniz T. Daur  
Hengire  
Yıldırım