

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-889 - 3379
Konu:

Kırşehir
01.12.2022

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31
E-mail: kirsehiraah.salma@saglik.gov.tr

Nezat KURT
Müdür Yardımcısı

NOT: Teklif mektupları en geç 05.12.2022-Saat: 11:00
Kadın Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CİNSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Hastanesinde kullanılmak üzere, TEDAVİ YATAĞI temini		15	ADET		
TOPLAM =							

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Sifirli, kazımlı ve unza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ihalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ihalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- İstekiler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir. Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10- Malzemeler Depo teslimidir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
İMZA VE KAŞE :

TEDAVİ YATAĞI ŞARTNAMESİ

1. Tedavi yatağı metal malzemeden yapılmış olmalıdır
2. Tedavi yatağı eni en az 60 cm ve boyu en az 180 cm olmalıdır.
3. Tedavi yatağı yerden yüksekliği en az 65 cm olmalıdır
4. Tedavi yatağının sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir olmalıdır. Yatak dik oturma ve tamamen yatış pozisyonuna gelmelidir.
5. Tedavi yatağı süngeri en az 5 cm kalınlığında olmalıdır.
6. Tedavi yatağının platformunda sünger üzeri sağlam ve kolay temizlenebilir suni deri(vinleks) malzemeden olmalıdır.
7. Tedavi yatağının baş kısmında nefes alma boşluğu olmalı ve istenildiğinde çıkartılıp-kapatılabilmelidir.
8. Tedavi yatağının ayakları sabit özellikte olmalıdır.

Fizyoterapist
MERVE İLHAN



Kirsehir
Eğilim ve Arastirma Hastanesi
Prof. Dr. Figen TUNÇAY
Dış Tesis No : 69278
Fizyoterapi Uzmanı
TUNÇAY
Fizyoterapist

