


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kırşehir
01.12.2022

Sayı: 75990205-869 - 3373
Konu:

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin iltiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.


Nevzat KURT
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31
E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT: Teklif mektupları en geç 08.12.2022 - Saat: 10:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CİNSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz bünyesinde bulunan ve soğutucu dolaplarda kullanılan Termolog marka sıcaklık ve nem takip sisteminin ekli teknik raporda belirtilen gerekli bakım-onarımlarının yapılarak, sıcaklık ve nem değerlerinin yedeklenmesi, raporlarının internet üzerinden alınması, saklanması ve tanımlanan ısı değerini aşan dolapların ilgili personele mesaj ile bilgilendirmesi işi		1	ADET		
TOPLAM =							

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME-TEKNİK RAPOR

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdaremiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir. Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10- Malzemeler Depo teslimidir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparışı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
İMZA VE KAŞE :

TEKNİK RAPOR

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Eczane servisinde bulunan 10 (on) adet soğutucu dolapta kullanılan 5 adet Termolog marka Sıcaklık ve Nem Takip sisteminde kullanım hatasına bağlı olarak zamanla çalışmasında problem yaşanmış sağlıklı sıcaklık ve nem takibi yapılamamıştır. Kendi imkanlarımız ile arızanın giderilmesi ve programın yeniden yüklenmesi yapılamamıştır. Sistemin sağlıklı çalışması için Sıcaklık ve Nem Takip cihazlarının bakımın yapılması, eksiklerinin tamamlanması, çalışır vaziyete getirilmesi, tüm dolapların sıcaklık ve nem değerlerinin yedeklenmesi raporlarını internet üzerinden alınması, saklanması ve tanımlanan ısı değerini aşan dolapların ilgili personele mesaj ile bilgilendirmesi işinin dış piyasa tarafından yapılması gerektiğine dair teknik rapordur. 15.11.2022


Avşar YAĞMUR
Elektronik Mühendisi


Caner ARMAN
Elektronik Mühendisi


Filiz DURUKAFA
Sorumlu Eczacı

**SICAKLIK VE NEM TAKİP SİSTEMLERİ
REVİZYON BAKIM ONARIM VE DEPOLAMA İŞİ
TEKNİK ŞARTNAME**

Konu: Hastanelerimizde kullanılan 10 adet soğutucu dolap için 5 adet Sıcaklık ve Nem Takip cihazlarının bakımlarının yapılması, montajının yenilenmesi, revizyon çalışmasının yapılması, süresiz olarak depolama ve ilgili personeli bilgilendirme işi

Kapsam: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan 10 (on) adet dolap için 5 adet Termolog marka Sıcaklık ve Nem Takip cihazlarının olduğu tüm dolapların sıcaklık ve nem değerlerinin yedeklenmesi raporlarını internet üzerinden alınması, saklanması ve tanımlanan ısı değerini aşan dolapların ilgili personele mesaj ile bilgilendirme işidir.

- 1- Yüklenici firma tüm cihazları gezerek aktif hale gelecek, bozuk olan sensörleri değiştirecek, gerekirse kablolarını yenileyecek bunun için ayrıca ücrete talep etmeyecektir.
- 2- Her bir cihaza en az 1000 sms olmak üzere 5000 SMS yüklenecek, e-posta arama bildirimini yapacaktır. Cihazlara tanımlı 5000 SMS havuz şeklinde kullanılacak ve 5 adet cihaz için tanımlı SMS miktarı bitmesine yakın firma tarafından talebi yapılarak hastane tarafından ilave SMS ler alınacaktır.
- 3- Firma her bir dolabın kullanıcısı tekrar açacak imza karşılığında kullanıcısına çalışır şekilde teslim edecektir.
- 4- Hastaneler cihazlara verilen IP blokuna internet tanımlayacaktır. Firma internet çıkışı olan IP lerle revizyonu yapacaktır.
- 5- Firmanın sıcaklık ve nem değerlerinin saklandığı Bulut sunucu tarafından 7 gün 24 saat aralıksız Sıcaklık ve Nem Takip Cihazının çalışmasını ve takip işlemi yapacaktır. Herhangi bir olumsuz durumda sistem otomatik olarak sorumlulara mesaj ve mail ile uyarıda bulunacak ve takip işlemi kayıt altına alınacaktır.
- 6- Firmanın Sıcaklık ve Nem Takip Cihazının arızalanması takip ve bilgilendirmesi kaynaklı hatadan dolayı dolap içindeki ısı takibi yapılan ilaç, aşı v.b şeylerde oluşacak hasar ve bozulmalara karşı sorumlu olacaktır.
- 7- Firmanın tarafından Sıcaklık ve Nem Takip Cihazının yedeklenmesi raporlarını internet üzerinden alınması, saklanması ve tanımlanan ısı değerini aşan dolapların ilgili personele mesaj ile bilgilendirmesi işinin yapılmasında süre sınırlaması olmayacaktır. Datalogger cihazı hastanede kurulu olduğu sürece yüklenici firma bu hizmeti vermesi gerekmektedir.

Anı Evrak Ünitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ayşar YAGMUR
Elektronik Mühendisi

Caner ARMAN
Mühendis

Eğitim ve Araştırma Hastanesi
E-Cihazlar DUSUNKAYA
Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü
32022