

Sayı: 75990205-869-34
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir
10.01.2023

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nezha KURR
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31
E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT: Teklif mektupları en geç 12/01/2023-Saat: 14:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmaktadır.

| SIRA | UBB/UTS BARKOD NO | MALZEMENİN CİNSİ | MARKA MODELİ | MIKTARI | | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|----------|-------------------|--|--------------|---------|------|-------------|--------------|
| | | Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen malzemelerin temini | | | | | |
| 1 | | KANLI/EMB BESİYERİ | | 2000 | Adet | | |
| 2 | | ÇİKOLATA BESİYERİ | | 100 | Adet | | |
| 3 | | STERİL DİSPOSABLE PETRİ (90mm) | | 10000 | Adet | | |
| 4 | | GAİTADA GİZLİ KAN KART TEST | | 2000 | Adet | | |
| 5 | | STERİL İDRAR KABI | | 10000 | Adet | | |
| 6 | | STERİL DİSPOSABLE ÖZE | | 10000 | Adet | | |
| TOPLAM = | | | | | | | |

EK: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7-Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8-İdareміz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareміz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareміz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılırsa bile tespit edilen zararın tamamını alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
İMZA VE KAŞE :

KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE,

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında kullandığımız aşağıda adı geçen malzemeye acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

28.12.2022

Uzm. Dr. Rukiye AKYOL

Ek. Alımı gerekli malzeme listesi

| Sıra no | Sarf adı | Adet |
|---------|---------------------------------|--------|
| 1 | Kanlı/EMB Bölünmüş Besiyeri | 2 000 |
| | Çikolata Besiyeri | 100 |
| 2 | Steril Disposable Petri (90 mm) | 10 000 |
| 3 | Gaitada Gizli Kan Kart Test | 2 000 |
| 4 | Steril İdrar Kabı | 10 000 |
| 5 | Steril Disposable Öze | 10 000 |

1. Hazır Besiyerlerinin Genel Özellikleri

1. Besiyerleri klinik örneklerden mikroorganizmaların izolasyonu, identifikasyonu ve antibiyogram amacıyla kullanılacaktır.
2. Besiyerleri kurumayı ve transport sırasında kontaminasyonu önleyecek şekilde steril ambalajlarda bulunmalıdır.
3. Besiyerleri 90 mm'lik petrilerde ve 4 mm yüksekliğinde ya da tüplerde kullanıma hazır olmalıdır.
4. Çukolata agar, H.influenzae, N.gonorrhoeae, N.meningitidis gibi zor üreyen bakterileri bilimsel olarak tanımlanabilecek nitelikte üretebilmelidir.
5. Besiyerlerinin agar oranları ekime uygun miktarda olmalıdır. Besiyerlerinin organizma üreticiliği yeterli olmalıdır (Ekilen sayıda mikroorganizmayı üretebilmelidir.)
6. Besiyerleri en az 3 (üç) Üniversite hastanesi tarafından kullanılıyor olmalıdır. Bu

  

belge istenildiği takdirde komisyona sunulmalıdır.

7. Besiyerlerinin her paketinde ATCC test organizmalarıyla test edildiğini gösterir kalite sertifikasyonu olmalıdır.
8. Üretici firma tarafından besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası laboratuvarın isteği doğrultusunda ürün ile birlikte teslim edilebilmelidir. Bu belgelerden her hangi biri örnek olarak ihale dosyasında yer almalıdır.
9. Besiyerlerinin ambalaj kutusu üzerinde üretici firmanın adı, adresi, malzemenin orijinal adı, seri nosu, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına ait bilgiler yer almalıdır.
10. Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonuca göre uygunluk verilecektir.
11. Besiyerleri laboratuvarın isteği doğrultusunda partiler halinde soğuk zincire uygun koşullarda getirilecektir.
12. Besiyerlerinin miadı +2 ile +4 C'de en az iki ay olmalıdır.
13. Firma, ambalajın içinde son kullanma tarihinden önce kontamine olduğu veya bozulduğu takdirde yeniden ücretsiz besiyeri vereceğini taahhüt etmelidir.
14. Malzeme teslimatında besiyerlerinde kuruma, kontaminasyon ve buhar birikimi olmamalıdır.
15. Besiyerlerinin standardizasyonu için çevre koşulları, transport gibi etkenlerin dikkate alındığını ve risk analizlerinin değerlendirildiği sertifikaları olmalı ve bu sertifikalar internet üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.
16. Üretici firma EUCAST/CLSI normlarında üretim yaptığını ve aktif CLSI veya EUCAST üyeliğinin olduğunu belgelemelidir.
17. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
18. Üretici firma besiyeri üretimindeki her lot numarası için kalite kontrol sertifikası sunabilmeli ve bu belgelere internet üzerinden ulaşabilmelidir.
19. Firma şartnamede belirtilen bütün besiyerilerine birlikte fiyat teklif etmeli ve markaları aynı olmalıdır.
20. Satın alınacak besiyerleri aşağıda belirtilmiştir.
 - a) Kanlı/EMB bölünmüş agar
 - b) Çikolata agar

2. Steril Disposable Petri (90 mm) Genel Özellikleri

1. 90 mm çapında olmalıdır.
2. Tek kullanımlık ve plastikten yapılmış olmalıdır.
3. 20'lik paket halinde şeffaf ve dayanıklı poşet ile paketlenmiş olmalıdır.
4. Steril olarak teslim edilmeli ve paketlerin üzerinde hangi yöntemle steril edildiği yazılı olmalıdır.
5. Besiyerinin dökülmesini kolaylaştırmak için petriyer üst üste konulduğunda dengeli ve düzgün olmalıdır.
6. Petri kapakları, ne çok sıkı nede çok gevşek olmalıdır.

M2

7. Paketlerin konulduğu mukavva kutular, dayanıklı sert mukavvadan mamul olmalı; kutuların taşınması sırasında içerik zarar görmemelidir.
8. Seçim aşamasında ürüne ait örnekler laboratuvarımızca değerlendirilecektir.

3. Gaitada Gizli Kan Kart Test Genel Özellikleri

1. En geç 10 dakika içinde sonuç vermelidir.
2. İmmunokromatografik yöntemle çalışmalıdır.
3. Teslim sırasında kit, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.
4. Ürün belirlenen periyotlar içinde partiler halinde teslim edilmelidir.
5. Firmalar ihale esnasında numune getirecek ve bu numuneler laboratuvarında görülüp değerlendirilecektir.
6. Son kullanma tarihi ürünün üzerinde belirtilmiş olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
7. Kitin sensitivitesi en az %90 ve spesifitesi en az %98 olmalıdır.
8. Firmalar ihale esnasında numune getirecek ve bu numuneler laboratuvarında görülüp değerlendirilecektir.

4. Steril İdrar Kabı Genel Özellikleri

1. 100 ml'lik hacimde ve steril olmalıdır.
2. Ağzı burgu kapaklı ve tek tek ambalajlanmış olmalıdır.
3. Numune getirilmelidir.
4. Son kullanma tarihi ürünün üzerinde belirtilmiş olmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
5. Ürün belirlenen periyotlar içinde partiler halinde teslim edilmelidir.

5. Steril Disposable Öze Genel Özellikleri

1. Özeler, polystrenden imal edilmiş ve besiyeri yüzeyinin zarar görmesini önleyecek esneklikte olmalıdır.
2. Halka (loop) şeklinde ucu 10 mikrolitre sıvı tutma kapasitesinde olmalı ve diğer ucu iğne öze şeklinde sivri uçlu olmalıdır.
3. 10 veya 20'lik steril, orijinal ambalajlar içinde paketlenmiş olmalıdır
4. Örnek numune getirilmelidir.



Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Rukiye AKYOL
Dip. Tes. No : 126723
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Bekir TEK
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 143579

Muhammed YALÇIN
Mikrobiyoloji Soru
