

Sayı: 7590205-869 - 35
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı
Hasta Adı :

ALİ İŞLER (845-23)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden verdiğiniz teklif mektubunuzu satılmaya
birimine fax / mail / yada elden ulaştırmanıza rica ederim.

Kırşehir
10.01.2023

Nevgat KUR
İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 1879
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

NOT: Teklif mektupları en geç 10/01/2023 Saat: 09:00
Kadere Satınalma Birimine ulaştırılmalıdır.

SIRA NO	ÜBB KODU	MALZEMENİN İNSİ	Sut. Kodu	MIXTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		AP2230 DİZ PRİMER FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN -ÇİMENTOLU CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ	AP2230	1 ADET		
2		AP2800 DİZ PRİMER TIBIAL KOMPONENT (ANATOMİK VEYA DEĞİL) KENDİNDEN STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ/VS. FİX / SABİT ÇİMENTOLU COCR/TİTANYUM KAPLAMASIZ	AP2800	1 ADET		
3		AP2580 PRİMER TIBIAL INSERT SABİT BAĞ KESEN HYPERFLEX POLİETİLEN	AP2580	1 ADET		
4		AP2420 DİZ PRİMER PATELLAR KOMPONENT TÛM BOYLAR UHMWPEPOLİETİLEN ALL POLLY	AP2420	1 ADET		
5		AP3150 KALÇA/DİZ PRİMER-REVİZYON BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ ANA ÇİHAZ SUCTION / IRRIGATION FONKSİYONLU	AP3150	1 ADET		
					TOPLAM	

EKİ : TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir. Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme yada savırlarında değişiklik olabilir. Malzeme savırlarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın , fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet çarpımını fatura edecektir. Malzemeler Birbiri İle Bütünlük Arz Ettüğinden Set Halinde Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Bİrım Fiyatları KDY Harcı ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silindri, karemsi ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- ÜBB kapsamında yer alan ürünlerin tek başına ÜBB kaydı yeterli olmayıp, teklifi örneği/ihalesiçi firma deinde veren firmalar için , örneği veya ihalesiçi tarafından ÜBB de ait boyut olarak teslimatın olması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız T.K.H.K. nın 09.01.2017 tarih ve 00018090436 sayılı yazıları gereğince , ÜBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ ÇİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- İhtiyaçlar Bütçesinde bütçe kalemlere veya alt kalemler kategorilere teklif verilebilir.
- 7- Sökülmeyi amaçlı ilgili tüm vergi-teslim ve harçlar, kargo taşıma ve diğer tüm giderleri alıcıya giderleri üstüne olarak katılmamalıdır.
- 8- İdarinin malhasesi olup olmaması veya bir kısmını alması serbesttir. Firmalar teklif vermede bu hükme kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirilmeye katılmayan kalem , yada için bütünlük arz etmesi bakımından toplama fiyat esasına göre yapılabilmektedir.
- 10- Malzemeler Depo teslimlidir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b. giderleri firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T. bülhümleri gereğince idare tarafından hıfız yapılabildiği kabul etmiş sayılır.
- 12- Alınan malzeme teslimatı yemelik olduğundan , idarenin tarafından verilen sipariş sonrası belirlenen gün içerisinde teslimat yapılmayın ürünler için idareni sipariş tek tarafı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermede bu hükme kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhüvinde kalan firma alımı ihalede olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile S.U.T. Kütüphanesi belirtecektir. Tedarikçi firma barkodların S.U.T. bülhümleri doğrultusunda doğru eleştirilmesini sağlamış olur. Geri ödeme kurumu barkod ve S.U.T. kütüphanesi eleştirilmediği ile ilgili olarak TTTÜBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemizin idareni bu kayıtları esas almayacak , alınan kurumu herhangi bir surette malzeme barkod ve S.U.T. kütüphanesi doğru eleştirilmediği tespit edilerek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılması bile tespit edilene kadar tamamı alın yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermede bu hükme kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermede bu hükme kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlığımız T.K.H.K. Bakanlığımız 27.11.2015 tarih ve 00019701249 sayılı yazıları gereğince , firmaların teklif edilen ürünlerin satınalma tarihini ilihariye Sağlık Bakanlığ (S.B.) durumunun uygun olması , hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satınalma sürecinde S.B. durumu sorgulanması gerekmektedir. Özellikle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numaraları farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane ödemeler sermaye hesaplarına giril kaydedilecektir. Firmalar kurumu teklif vermede bu hükme tamaması kabul etmiş sayılır.
- 16- Ameliyat sonra erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ilgili firma tarafından muttaka ameliyatin yapıldığı tarih yazılarak suretleri kesilerek , fatura adı tarafına hasta adı soyadı , kullanılan malzemenin adı , S.U.T. kodu, barkod numarası yazılmaktadır. Fatura adı tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelere ait barkodları eklenerek yazılmaktadır. Barkod sayısı fazla olup fatura arka yüzüne eklenmediği takdirde ise A4 ebatında boy kağıda kalan barkodlar yapıştırılarak fatura altına ilihirilerek hastaneye en geç 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. (Ehalk barkodlu faturalar teslim alınmayarak , ilgili firmaya resmi yazı ile iade edilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumunda , fatura bedeli SGK'ya fatura edilmeden ise adı kısmı fatura bedeli ilgili firmaya ödemeyerek , hastane ödemeler sermaye hesaplarına giril olarak kaydedilecektir. Firma is bu alım için teklif vermede bu hükme kabul etmiş sayılır. Alım uhüvinde kalan firma alımı konu olan malzeme yada malzemeleri kullanılmadık olarak kullanıldığı malzemelere ait faturasını keserek , yada kağıdı halinde idarene teslim etmesi durumunda 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez , yada faturası kargo , posta v.b. dağınmada kaybolur ise bu durumda idaremin herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi , belirlenen zamanda idarene teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgili firma idareminin herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir bakiye hak yada alacak talebinde bulunmayacağına is bu alım istisna etmiş kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÛM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİFİ ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ. İMZA VE KAŞE :

**SABİT İNŞERTLİ BAĞ KESEN
TOTAL DİZ PROTEZİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KOMPONENTLER		SUT KODU	
Femoral Komponent	PS(Bağ kesen)	AP2230	1
Tibial Komponent		AP2800	1
Tibial Insert	PS(Bağ kesen)	AP2580	1
Patellar Komponent		AP2420	1
Yıkama		AP3150	1

- 1) Femoral Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 2) Femoral Komponent anatomik olmalı sağ ve sol ayrımı yapılabilmelidir.
- 3) Femoral Komponentler Sağ ve Sol olarak 5 değişik boyda olmalıdır.
- 4) Femurun iç ve dış rotasyon açısı tek aparat üzerinden sağ ve sol olarak ayrı ayrı (3°,5°,7°,9°açı)verilebilmelidir.
- 5) Femoral komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 6) Femoral komponentlerin üzerinde iki adet peg mevcut olmalıdır.
- 7) Femoral Komponent pcl kesen& pcl koruyan özelliği taşımaktadır. Her iki durumda da tek setle kullanıma imkan vermelidir. 4 kesi blokları üzerinden peg delikleri açılabilir.
- 8) Femoral kesi blokları, 4 kesiyi aynı blokla yapabilmeli ve her 5 ölçü için için ayrı ayrı olmalıdır.
- 9) Femoral kesi blokları minimal ölçüde kemik kaybına izin verecek şekilde açılı olmalıdır.
- 10) Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır.
- 11) Tibial Komponent CoCr alaşımdan mamül olmalıdır.
- 12) Tibial Komponent kesi açısı kendinden slot verilebilmelidir.
- 13) Tibial insertler 5 farklı ölçüde ve 5 farklı yüksekliğe (9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm) olmalıdır.
- 14) Tibial komponentlerin kemikle temas eden yüzeyleri çimentonun tutunumunu artıracak şekilde pürüzlü olmalıdır.
- 15) Tibial komponentlerin rotasyonal stabiliteyi sağlayan yük ve stres transferine olanak sağlayacak kemik içine gömülen çıkıntı ve kanatlı yapıda parçası olmalıdır.
- 16) Tibial Komponent insertleri pcl kesen& pcl koruyan özelliği taşımaktadır. Her iki durumda da kullanıma imkan vermelidir.
- 17) Tibial komponent insert sistemine uygun olmalı, çıkmayı önleyici kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
- 18) Patellar komponentler, 26mm, 29mm, 32mm ve 35 mm çaplarında 4 ayrı boy seçeneği olmalıdır.
- 19) Patellar komponentler 3 pegli olmalıdır.
- 20) Ürünler Gamma Sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
- 21) Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası ve ürün son kullanma tarihleri mevcut olmalıdır.
- 22) Kullanılacak protezin tüm parçaları TITUBB'ye kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı ile SGK dan onaylı olmalıdır.
- 23) Protezlerin CE belgesi, Tasarım İnceleme belgesi ve Tam Kalite Güvence Sistemi Belgeleri mevcut olmalıdır
- 24) Çakma setleri tam ve eksiksiz olmalıdır. Ameliyat için kesici ve delici motor sağlanabilmelidir.

Kişisel Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Mustafa KANGAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 97155

Kiştirir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KIRÇIL
Dip. Tes. No : 125735
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı