

Sayı: 75990205-869 - 215

Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Hasta Adı :

HANIM NİZAMOĞLU (1820-23)

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktar yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden verdiğiniz teklif mektubunuzu satılmama
birimine fax / mail / yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 Dahili: 1879
Hastanemiz Faks: 0386 213 32 31

NOT: Teklif mektupları en geç 23.01.2023-Saat: 15:00
Kadar Satılmama Birimine Ulaştırılmalıdır.

Kezvan KURT
İdari ve Mali İşler Müdürü V.d.

SIRNO.	ÜSB KODU	MALZEMİN CİNİ	Sül Kodu	MİKTARI	BİRM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		AP1610 PLAKLAR VE VİDALAR İNTERNAL FİKSASYON KİLİTLİ PLAK SİSTEMLERİ KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK, SABİT/DEĞİŞKEN AÇILI 3.1 - 3.9mm VİDALAR İÇİN 1/3 TÜBÜLER/CLOVERLEAF PLAK/T-PLAK TİTANYUM/CoCr/KARBON TİM BOYLAR	AP1610	1 ADET		
2		AP1860 KALÇA PRİMER FEMORAL BAŞ 36 VE ÜZERİ CoCr/TİTANYUM	AP1860	1 ADET		
					TOPLAM	

EKLİ : TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Ameliyatta yukarıdaki malzemelerin kullanılması düşünülmektedir. Ancak ameliyat esnasında vakanın durumuna göre kullanılacak malzeme yada sayılarında değişiklik olabilir. Malzeme sayılarının artması durumunda en avantajlı fiyatı veren firmanın , fazla kullanılan kalem için başlangıçta teklif ettiği fiyattan fazla kullanılan malzeme adet carpmını fatura edecektir. Malzemeler Biribiri İle Bütünlük Arz Ettüğinden Set Halinde Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Bilim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silipli, kağıt ve imza kâğıt bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Nüsxene İhtisabı takdirde numune en kısa sürede satılmama birimine gönderilecektir.
- 4- ÜSB kapsamında yer alan ürünlerin tek başına ÜSB kaydı yeterli olmayıp, teklif üretilen/ihaleci firma dışında verilen firmalar için, üretilen veya ihaleci tarafından ÜSB de ali bayii olarak teslimatın alınması gerekmektedir.
- 5- Bakanlıkça TTKHK num 99.01.2017 tarih ve 09035994/06 sayılı yasalar gereğince , ÜSB kapsamındaki malzemeler için firmaların "TİBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- Adımlar/İhtisabı bütün belgeleri veya diğerleri kalemlere teklif verilebilir.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi, resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm teslim giderleri sigorta giderleri uhstesinde kabul edilmezdir.
- 8- İdarinin malî ihtisabı olup alınması veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermede bu hükümü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirmenin kalem kalem , yada için bütünlük arazı etnasal bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilir.
- 10- Malzemeler Depo teslimidir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T.bölümleri gereğince idare tarafından istenilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapabileceklerdir.
- 12- Alınmaz Acil İhtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idarimiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapabileceklerdir.
- 13- Alın uhstesinde kalan firma alımı ilişkin olarak düzenlenecek faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kibriti bilgileri, Tedarikçi firma tarafından SUT hükümlerini doğrultusunda doğru şekilde teslim alınmasını sorumaktadır. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TTTÜBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz bu kayıtları esas almayacak , bundan sorumlu herhangi bir soru malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleştirilmesini tespit ederek geri ödeme yapmasını halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecek . ödeme yapılabilecek tespit edilen zararın tamamı alın yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermede bu hükümü kabul etmiş sayılır.
- 14- Söz teklif verme aşamasında teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermede bu hükümü kabul etmiş sayılır.
- 15- Bakanlıkça T.K.H.K. Bakanlığınca 27.11.2015 tarih ve 06015701349 sayılı yasalar gereğince , firmaların teklif edilen ürünlerin satılmama tarihizle İhtisabı Sağlık Bakanlık (S.B.) durumunun uygun olması , hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satılmama aşamasında S.B. durumu sorgulama yapılabilecektir. Bu nedenle hastaya yönelik kullanılan malzemelerde teklif edilen barkod numaralarından farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılmasını soru fatura edilmez malzemenin MEDULA sisteminde kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , malzeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane diğer sermaye hesaplarına girer kaydedilecektir. Firmalar kurumunuza teklif vermede bu hükümün tamamını kabul etmiş sayılır.
- 16- Ameliyat sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelerin ali fatura ilgili firma tarafından mutlaka ameliyatin yapıldığı tarih yazılmak suretiyle kesilecek , fatura ön tarafına hasta adı soyadı , kullanılan malzemenin adı SUT kodu, barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameliyatta kullanılan malzemelerin ali barkodları eklenerek yazılmalıdır. Barkod sayarı fazla olup fatura arka yüzüne sığmadığı takdirde ise A4 boyutunda boş kağıda kalan barkodlar yapılarak fatura altına ilgililerle hastaneye en geç 7 gün içerisinde teslim edilmelidir. (Etilik barkodlu faturalar teslim alınmayacaktır. İlgili firmaya vevni yazı ile bildirilecektir.) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sorunu hastanemizde olmamasıdır. Fatura bedeli SGK ya fatura ödemesi ise ali kısmına fatura bedeli ilgili firmaya ödemesiyle , hastane diğer sermaye hesaplarına girer olarak kaydedilecektir. Firma la bu alım için teklif vermede bu hükümü kabul etmiş sayılır. Alım uhstesinde kalan firma alımı husu olan malzeme yada malzemeleri kullanılmadıkta sonra kullanıldığı malzemelerin ali faturasını kesmez , yada kağıtlı halde idarimize belirtilen süre içerisinde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez , yada faturayı kargo , posta v.b. dağında kaybolur ise bu durumda idarimizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi , belirtilen zamanda idarimize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgili firma idarimizden herhangi bir hak yada alacak talep etmezdir. Bu konuda herhangi bir hükümlü hak yada alacak talebinde bulunmayacağına la bu alım iptirak etmekte kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ İMZA VE KAŞE :

HASTA ADI : HANIM NİZAMOĞLU

FEMORAL BAŞ

1. Metal Başlar CoCrMo veya Ti6Al4V materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Metal Baş 28-32-36mm çaplarında ve en az 5 uzunluk seçeneğinde olmalıdır.
3. Metal Başlar Acetabular Cup boyuna göre giderek artan büyüklüklerde olmalıdır.
4. 42-44-46-48 mm Cup da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm Cup da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm Cup da 36mm Metal Baş ile kullanılabilirdir.
5. Tüm ürünler üç kat vakumlu ambalajda steril edilmiş, 2 kat koruyucu ve barkotları belirgin dış kutu içinde olmalıdır.
6. Instrument Set içerisinde Cup-Baş-İnsert denemeleri olmalıdır.
7. Çakma seti içerisindeki acetabulum oyucular ile cup uyumlu olmalı birebir kullanılabilirdir.
8. Set ile birlikte kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
9. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
10. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

- METAL BAŞ 36 MM COCR –AP1860

1 ADET

POLİETİLEN LİNER

1. Acetabular Liner PE 1020 polietilen materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Acetabular Liner 42-44-46-48 mm liner da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm liner da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm liner da 36mm Metal Baş ile kullanılabilirdir
3. Acetabular Liner 0/10/20 dereceli olarak imal edilmiş olmalıdır.
4. Acetabular Liner , Acetabular Cup a özel kilitleme mekanizmasıyla kilitlenebilmeli ayrıca Cup a uygun rotasyon engelleyici kanallarla birebir uyumlu olmalıdır.
5. Acetabulum Cup ta kullanılacak vidalar titanyum Ti6Al4V den üretilmiş olmalıdır. Vidalar spongiöz özellikte 6,5 mm çapında 15-50 mm arasında en az 8 boyda olmalıdır.
6. Tüm ürünler üç kat vakumlu ambalajda steril edilmiş, 2 kat koruyucu ve barkotları belirgin dış kutu içinde olmalıdır.
7. Instrument Set içerisinde Cup-Baş-İnsert denemeleri olmalıdır.
8. Çakma seti içerisindeki acetabulum oyucular ile cup uyumlu olmalı birebir kullanılabilirdir.
9. Set ile birlikte kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
10. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
11. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

- ACETABULAR LINER – AP1610

Dr. Hakan Çiğdem
Dip. No: 1507511

Dr. Çiğdem Uysal
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 1507511

Dr. Hakan Çiğdem
Dip. No: 1507511