

HASTA ADI : YUSUF DEMİR

FEMORAL BAŞ

1. Metal Başlar CoCrMo veya Ti6Al4V materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Metal Baş 28-32-36mm çaplarında ve en az 5 uzunluk seçeneğinde olmalıdır.
3. Metal Başlar Acetabular Cup boyuna göre giderek artan büyüklüklerde olmalıdır.
4. 42-44-46-48 mm Cup da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm Cup da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm Cup da 36mm Metal Baş ile kullanılabilir.
5. Tüm ürünler üç kat vakumlu ambalajda steril edilmiş, 2 kat koruyucu ve barkotları belirgin dış kutu içinde olmalıdır.
6. Instrument Set içerisinde Cup-Baş-İnserit denemeleri olmalıdır.
7. Çakma seti içerisindeki acetabulum oyucular ile cup uyumlu olmalı birebir kullanılabilir.
8. Set ile birlikte kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
9. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
10. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

• METAL BAŞ 36 MM COCR –AP1860

1 ADET

POLİETİLEN LİNER

1. Acetabular Liner PE 1020 polietilen materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Acetabular Liner 42-44-46-48 mm liner da 28 mm Metal Başla ,50-52-54-56 mm liner da 32 mm Metal Baş, 58-60-62mm liner da 36mm Metal Baş ile kullanılabilir.
3. Acetabular Liner 0/10/20 dereceli olarak imal edilmiş olmalıdır.
4. Acetabular Liner , Acetabular Cup a özel kilitleme mekanizmasıyla kilitlenebilmeli ayrıca Cup a uygun rotasyon engelleyici kanallarla birebir uyumlu olmalıdır.
5. Acetabulum Cup ta kullanılacak vidalar titanyum Ti6Al4V den üretilmiş olmalıdır. Vidalar spongiöz özellikte 6,5 mm çapında 15-50 mm arasında en az 8 boyda olmalıdır.
6. Tüm ürünler üç kat vakumlu ambalajda steril edilmiş, 2 kat koruyucu ve barkotları belirgin dış kutu içinde olmalıdır.
7. Instrument Set içerisinde Cup-Baş-İnserit denemeleri olmalıdır.
8. Çakma seti içerisindeki acetabulum oyucular ile cup uyumlu olmalı birebir kullanılabilir.
9. Set ile birlikte kancalı plak (3Boy), Düz plak(3Boy) ve kablo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.
10. Set içerisinde yer alan tüm ürünler aynı marka olmalıdır.
11. Ürüne ait CE ve ISO belgeleri olmalıdır. Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmış test raporu olmalıdır.

• ACETABULAR LINER – AP1610

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with a stamp:
Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üys. Levent HORVİZ
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 159751

Handwritten signature in blue ink.