

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 - 343
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir
03.02.2023

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Nezaret R. İLİT
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1895-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31

E-mail: kirshireah.salma@saglik.gov.tr

NOT: Teklif mektupları en geç 07/02/2023-Saat: 10:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmaktadır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CINSİ	MARKA MODELİ	MIKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1		Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde kullanılmakta olan Hidrojen Peroksit Sterilizatöründe kullanılmak üzere, HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞ temini		6	ADET	
TOPLAM =						

EK: TEKNİK ŞARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.
- 2- Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 3- Numune İstenildiği takdirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.
- 4- UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
- 5- Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ" de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
- 6- İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.
- 7- Söz konusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.
- 8- İdareimiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 9- Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir. Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 10- Malzemeler Depo teslimidir. Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.
- 11- Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.
- 12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idareimiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idareimiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 13- Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.
- 14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.


* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.

İMZA VE KAŞE :

HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

- 1.Hidrojen peroksit kartuşları STERİCOOL marka cihaza uyumlu olmalıdır.
- 2.Hidrojen peroksit kartuşları 240 ml 'lik ambalajlarda olmalı ve cihazın kartuş yuvasına uyacak ebatlarda olmalıdır.Kartuşların kapakları ventilli olmalıdır.
3. 110 Litre kapasiteli sterilizatör için , 1 kartuş ile en az 18 döngü yapılabilmelidir ve cihazın tüp yuvasına uyacak ebatlarda olmalıdır.
- 4.Raf ömrü ,uygun saklama koşullarında 1 YIL'dan az olmamalıdır.
- 5.Kartuşun içinde bulunan sterilantın etken bileşeni %59 'luk (+_1) hidrojen peroksit olmalıdır.
- 6.Her bir kartuşun üzerinde , kalan döngü sayısını ve tüpün son kullanma tarihini otomatik olarak tespit ederek ekrana yansıtacak RFID sistemi bulunmalıdır.
- 7.Kartuşun STERİCOOL cihazı ile birlikte validasyonu yapılmış olmalı ve belgeleri sunulmalıdır.

AW Kontröl
Sag-Man


Bülent SUN
Hemşire


Kırşehir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. İbrahim CAN
Diyadinin Üyesi
